

Bâtiment N°	Chambre N°	Surface m²	Capacité cultivable m²	Température Mini	Température Maxi	Possibilité de varier la température jour ou nuit O/N	Intensité Lumineuse Mini	Avec quel type d'éclairage	Intensité Lumineuse Maxi	Intensité Lumineuse nombre de positions	Hygrométrie Habituelle %	Gestion de l'Hygrométrie O/N	Responsable
H8	1	HS	HS										Michel Burtin
	2	3	1,5	5	30	N	à mesurer	Fluo	à mesurer	2	nc	N	
	2	3	1	5	30	N	à mesurer	Led rouge	à mesurer	2	nc	N	
	3	4	2	5	30	N	à mesurer	Fluo	à mesurer	2	nc	N	
	3	4	1	5	30	N	à mesurer	Led (projo)	à mesurer	2	nc	N	
	3	4	1	5	30	N	à mesurer	Led	à mesurer	2	nc	N	
	4	3	4	5	30	N	à mesurer	Fluo	à mesurer	2	nc	N	
	5	6	4	-15	30	O	à mesurer	Led	à mesurer	2	nc	N	
	6	6	5,5	-15	30	O	à mesurer	Led	à mesurer	2	nc	N	
	7	6	5,5	-15	30	O	à mesurer	Fluo	à mesurer	2	nc	N	
	8	6	5,5	-15	30	O	à mesurer	Fluo	à mesurer	2	nc	N	
	9	6	5,5	-15	30	O	à mesurer	Led	à mesurer	2	nc	N	
	10	5,5	4	10	30	O	à mesurer	Fluo + Led	à mesurer	2	nc	N	
B43	2	10 plateaux	1,4	10	30	O	100	Fluo	500	2	70	jour apport	Joël Talbotec
	3	10plateaux	1,4	10	30	O	100	Fluo	500	2	70	jour apport	
	Rotoplan 8	28 plateaux	4,5	10	30	O	100	Fluo	400	2	65	O	
	6	16plateaux	1,7	10	30	O	120	Fluo	200	4	65	O	
	7	16plateaux	1,7	10	30	O	120	Fluo	200	4	65	O	
B42	sanyo 5	3plateaux	0,3	10	30 et plus		80	Fluo	200	2	variable	O	Hervé Ferry
	1	8,4	4,6	15	30	O	50	fluo	300	4	65	O	
	2	8,4	4,6	10	30	O	50	fluo	300	4	65	O	
	3	8,4	4,6	15	30	O	50	fluo	300	4	65	O	
	4	8,4	4,6	15	30	O	50	fluo	300	4	65	O	
	8	8,4	9,03	5	30	O	50	fluo	300/160	4	65	O	
B45	9	8,4	4,6	5	30	O	50	fluo	300	4	65	O	Philippe Marechal
	1	16	15,5	15	30	O	80	Osram 36w	200	4	65	O	
	2	16	15,5	15	30	O	80	Osram 36w	200	4	60	O	
	5	17	9,15	15	30	O	80	Osram 36w	200	4	65	O	
	6	17	9,15	15	30	O	80	Osram 36w	200	4	65	O	
	7	17	8,1	15	30	O	80	Osram 36w	200	4	65	O	
	8	17	8,3	15	30	O	80	Osram 36w	200	4	65	O	
	9	17	9,15	15	30	O	80	Osram 36w	200	4	70	O	
CC G3S3		6	8	5	30	O	120	Sont T Agro / HQI BT 400	200	4	65	O	Bruno Letarnec
								Fluo	?	2	nc	N	